

Gastrotest-Gerät



Technische Hauptmerkmale

Bereich der ermittelten einmaligen
Ammoniakkonzentrationen

0 bis 20 mg / m³

Infektionsrate

0 ÷ 20 – negatives Ergebnis;
21 und höher – positives
Ergebnis

Empfindlichkeit

95%

Spezifität

92%

Gesamtabmessungen (L × B × H)

180 × 180 × 92 mm

Gewicht des Gerätes

nicht mehr als 1,0 kg

Zeitpunkt einer Prüfung	nicht mehr als 15 Minuten
Anzahl der gespeicherten Testergebnisse	nicht mehr als 300 Stk.
Arbeitszeit	8 Stunden (15 Minuten – Arbeit und 10 Minuten – Pause bei Wechselstrom)
Durchschnittliche Lebensdauer des Instruments	mindestens 5 Jahre
Ergebnisse weitergeben	Bluetooth 4.0 oder höher (außer IOS); W-lan; Ethernet
Instrumentenstromversorgung	Eingebauter Akku; Vom Netz über den Netzadapter
Ladezeit des Akkus	nicht mehr als 5 Stunden
Voll aufgeladene Akkulaufzeit	nicht weniger als 3 Stunden

Bei der Implementierung des “GastoTest” -Geräts wurde der Innovationsförderungsfonds finanziell unterstützt.