

Спектрорадиометр "ТКА-Спектр"



В корпусе прибора встроен полихроматор: входное оптическое излучение, формируемое на входной щели, разлагается в спектр на вогнутой дифракционной решетке и фокусируется на диодной линейке, с которой снимается сигнал для последующей обработки и вычисления измеряемых параметров. Прибор с линейным детектором с фиксированным положением дифракционной решетки не имеет движущихся частей, что позволяет одновременно регистрировать относительно широкую видимую область спектра с построением изображения. Эффективная опорная плоскость измерений освещенности совпадает с передней плоскостью косинусной насадки. Поле зрения измерений яркости составляет $2,0^\circ$.

Основные технические данные и характеристики

Диапазон измерений освещённости в видимой области спектра	100 ÷ 150 000 лк
Диапазон измерений яркости	10 ÷ 25 000 кд/м ²
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения освещённости и яркости	± 10,0 %
Диапазоны измерения координат цветности самосветящихся объектов	x = 0,004 – 0,734 y = 0,005 – 0,834
Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения координат цветности x, y – источников со сплошным спектром – других источников	±0,005 ±0,02
Диапазон измерения коррелированной цветовой температуры белых источников света	2000 – 10000 К
Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения коррелированной цветовой температуры в диапазоне температур от 2000 до 10000 К (только для источников белого цвета)	± 250 К
Диапазон измерений общего индекса цветопередачи Ra самосветящихся объектов	1,0 ÷ 100,0 %
Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения общего индекса цветопередачи Ra	± 1,0 %
Спектральный диапазон	390÷760 нм
Режим измерений /время экспозиции сигнала	Единичный / 0,007 ÷ 4 сек
Угол измерения	2° или 180° (насадка)
Минимальный диаметр фотометрируемого участка	15 мм
Диапазоны показаний:	
ФАР яркость в диапазоне 400 ÷ 700 нм	0,1 ÷ 400 мкмоль/(м ² ·с·ср)
ФАР облучённость в диапазоне 400 ÷ 700 нм	1,0 ÷ 2000 мкмоль/(м ² ·с)
Спектральная плотность энергетической яркости	1,0·10 ⁻³ ÷1,0 Вт/(ср·м ² ·нм)
Спектральная плотность энергетической освещённости	1,0·10 ⁻² ÷ 10,0 Вт/(м ² ·нм)
Энергетическая яркость непрерывного излучения	1,0·10 ⁻³ ÷ 200 Вт/(м ² ·ср)
Энергетическая освещённость непрерывного излучения	1,0·10 ⁻² ÷ 1000 Вт/м ²

Габаритные размеры прибора

Габаритные размеры (не более)	250 x 100 x 80 мм
Резьбовой разъём для крепления на штативе ОЭБ	1/4"
Цветной сенсорный экран	4,3 дюйма
Масса прибора (не более)	1,0 кг
Ресурс аккумуляторной батареи 3,7В без подзарядки (не менее)	20 ч

Вычисляемые параметры:

- Взвешенная энергетическая яркость синего света L_B / опасности ожога L_R
 Взвешенная энергетическая освещённость синего света E_B / опасности ожога E_R
 Координаты цветности в системе МКО 1964 (x, y) и МКО 1976 (u', v')
 Координаты в цветовом пространстве L*a*b* (светлота, тон, насыщенность, ΔE*_{ab})
 Доминантная длина волны λ_d
 Индексы цветопередачи самосветящихся объектов CRI, CQS и TM-30-18 в ПО

Различие между яркостями в условиях сумеречного и дневного зрения S/P

Существенные преимущества прибора **Спектрорадиометра “ТКА-Спектр”** перед аналогами

- Компактность и удобство в эксплуатации
- Цветной сенсорный экран 4,3 дюйма
- Определения значений в режиме реального времени
- Собственная программа для связи с ПК
- Встроенный аккумулятор
- Карта памяти microSD
- Простота и удобство в эксплуатации
- Фотометрическая гайка (резьба на 1/4 дюйма) для крепления на штативе