

## Термогигрометр + Люксметр + Яркомер «ТКА-ПКМ» (41)




Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» в исполнение «ТКА-ПКМ»(41) Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности имеет следующие основные технические характеристики:

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерений <b>освещённости</b>                                        | 10 ÷ 200 000<br>лк                |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 %                           |
| Диапазон измерений <b>яркости</b>                                             | 10 ÷ 200 000<br>кд/м <sup>2</sup> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости                                                                                                                                                                                                                               | $\pm 10,0 \%$                                                                                                                       |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые $10^\circ\text{C}$ в диапазоне от $-30$ до $+15$ и св. $+25$ до $+60^\circ\text{C}$ | $\pm 3,0 \%$                                                                                                                        |
| Диапазон измерений <b>температуры воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | $-30 \div +60^\circ\text{C}$                                                                                                        |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры воздуха, в диапазонах:<br>от $-30$ до $-10^\circ\text{C}$ включ.<br>св. $-10$ до $+15^\circ\text{C}$ включ.<br>св. $+15$ до $+25^\circ\text{C}$ включ.<br>св. $+25$ до $+45^\circ\text{C}$ включ.<br>св. $+45$ до $+60^\circ\text{C}$ | $\pm 0,5^\circ\text{C}$<br>$\pm 0,3^\circ\text{C}$<br>$\pm 0,2^\circ\text{C}$<br>$\pm 0,3^\circ\text{C}$<br>$\pm 0,5^\circ\text{C}$ |
| Диапазон измерений <b>относительной влажности воздуха</b>                                                                                                                                                                                                                                              | $5 \div 98 \%$                                                                                                                      |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне температур воздуха от $+15$ до $+25^\circ\text{C}$                                                                                                                                                   | $\pm 3,0 \%$<br>отн.вл.                                                                                                             |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые $10^\circ\text{C}$ в диапазоне от $+10$ до $+15$ и св. $+25$ до $+60^\circ\text{C}$                                                                            | $\pm 3,0 \%$ отн.вл.                                                                                                                |

Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемного устройства Люксметра скорректировано системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения  $V(\lambda)$  по ГОСТ 8.332.



Эффективная опорная плоскость Люксметра совпадает с передней плоскостью косинусной насадки фотоприемного устройства.

### Габаритные размеры

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| – блок обработки сигналов (не более)          | 130 x 70 x 30 мм |
| – фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 x 48 x 55 мм |
| Масса прибора (не более)                      | 0,3 кг           |
| Элемент питания – типоразмер батареи «Крона»  | 7,0 – 9,6 В      |

Совмещение в одном приборе сразу нескольких каналов измерений. Возможность измерения одной несменной головкой. Компактность и удобство в эксплуатации.