

## Люксметр + Яркоммер »ТКА-ПКМ« (02) с поверкой




### Основные технические характеристики

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерений <b>освещённости</b>                                        | 10 ÷ 200<br>000 лк                |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 %                           |
| Диапазон измерений <b>яркости</b>                                             | 10 ÷ 200<br>000 кд/м <sup>2</sup> |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости      | ± 10,0 %                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемных устройств скорректировано для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по



ГОСТ 8.332.

### Габаритные размеры прибора

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Блок обработки информации (не более)         | 130 x 70 x 30 мм |
| Измерительная головка (не более)             | Ø50 x 30 мм      |
| Масса прибора (не более)                     | 0,26 кг          |
| Элемент питания – типоразмер батареи «Крона» | 7,0 – 9,6 В      |

### Существенные преимущества прибора Люксметр «ТКА-ПКМ»(06) перед аналогами

Совмещение в одном приборе универсального люксметра и яркомера позволяет в соответствии с нормами контролировать условия труда персонала работающего с мониторами и дисплеями.

Люксметр + Яркомер «ТКА-ПКМ»(02): цена и преимущества покупки на нашем сайте

Устройства для измерения параметров освещения можно приобрести в специализированных магазинах, и наш сайт – то место, где они всегда есть в наличии. Если вам нужен качественный и высокоточный, с минимальным процентом погрешности яркомер, купить который можно недорого, то именно здесь вы найдете такой прибор. Все устройства, предлагаемые у нас, прошли поверку и имеют заводскую гарантию качества, а цена яркометров минимально низкая. Что касается самого процесса приобретения, то он весьма прост, и всего за пару кликов вы сможете купить яркомер для профессиональных или любительских исследований.