

## УФ-Радиометр с ослабляющим фильтром «ТКА-ПКМ»(13) с поверкой



**Диапазоны измерений энергетической освещённости:**

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| в спектральном диапазоне УФ-С (200-280 нм)                                                   | 10 ÷ 200000<br>мВт/м² |
| в спектральном диапазоне УФ-А (315 ÷ 400) нм или УФ-В (280 ÷ 315) нм                         | 10 ÷ 60000<br>мВт/м²  |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 %              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до +15°С и от +25°С до +60°С | ±<br>3,0 %                      |
| Диапазон показаний энергетической экспозиции                                                                                                                                                                                                                               | 0,001 ÷ 5 000 Дж/м <sup>2</sup> |

### Габаритные размеры прибора

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Блок обработки информации (не более)       | 205 x 65 x 28 мм |
| Измерительная голова (3 шт) (не более)     | Ø40 x 30 мм      |
| Масса прибора (не более)                   | 0,54 кг          |
| Напряжение питания постоянным током (2хАА) | 1,8 ÷ 3,4 В      |

### Существенные преимущества прибора

Использование одного прибора для измерения излучения в трёх спектральных диапазонах, компактность и удобство в эксплуатации. Почти на каждом промышленном предприятии и в крупных организациях безопасности труда и рабочих условий уделяется значительное внимание. Одним из требований является соблюдение уровня УФ-излучения на уровне, не превышающем заданные в государственных стандартах показатели. Чтобы измерить этот параметр, стоит купить прибор УФ-Радиометр с ослабляющим фильтром “ТКА-ПКМ”(13). Такие устройства подходят для проверки рабочих мест в общественных заведениях (школы, больницы, библиотеки, учреждения научного плана, энергетические промышленные предприятия и т.д.).

### Где лучше покупать УФ радиометры?

В нашем магазине представлены УФ-радиометры, сконструированные по всем требованиям, указанным в ГОСТах, и их использование является полностью безопасным для исследователя, а показываемые значения – максимально точными. Каждый прибор имеет поверку с эталонными значениями измерений. Что же касается стоимости, то цена на УФ-радиометр сравнительно невысока, а его качество и широкая сфера применения делает этот прибор одним из наиболее востребованных в своём классе. Поэтому, если вы хотите купить качественный и точный УФ-радиометр, цена которого будет достаточно демократичной, то Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(13) – ваш лучший выбор.