


Прибор “Гастротест”



Основные технические характеристики

Диапазон определяемых разовых концентраций аммиака

0 ÷ 20 мг/м³

Показатель инфицированности

0 ÷ 20 – отрицательный результат; 21 и выше – положительный результат

Чувствительность

95%

Специфичность

92%

Габаритные размеры (Д×Ш×В)

180×180×92 мм

Масса прибора

не более 1,0 кг

Время одного обследования

не более 15 мин

Количество сохраненных результатов тестов	не более 300 шт.
Режим работы	8 часов (15 мин – работа и 10 мин – перерыв, при питании от сети переменного тока)
Средний срок службы прибора	не менее 5 лет
Передача результатов	Bluetooth не ниже 4.0 (кроме ОС IOS); Wi-Fi; Ethernet
Питание прибора	От встроенной аккумуляторной батареи; От сети через сетевой адаптер питания
Время зарядки аккумулятора	не более 5 часов
Время работы от полностью заряженного аккумулятора	не менее 3 ч

В реализации прибора «ГастоТест» была оказана финансовая поддержка Фонда Содействия Инновациям.