



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

13885

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

23 сентября 2024 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения Научно-технической комиссии по метрологии (№ 12-20 от 26.11.2020) утвержден тип средств измерений

**"Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ",**

изготовитель - **ООО НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург,  
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 09 2660 20** и допущен к применению в Республике Беларусь с 26 ноября 2020 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич  
26 ноября 2020 г.



Государственный комитет по  
стандартизации Республики  
Беларусь (Госстандарт)

## ПРОТОКОЛ

26.11.2020 №12-2020

г. Минск  
заседания Научно-технической  
комиссии по метрологии (НТК)

### 4.13 СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ", изготовитель – ООО НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа СИ).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 09 2660 15.

### РЕШИЛИ:

4.13.1 Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ"** на основании результатов обязательной метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации, проведенной ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, Российская Федерация.

4.13.2 Аннулировать сертификат № 9868 об утверждении типа "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ", выданный ООО НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

4.13.3 Выдать **ООО НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация**, новый сертификат об утверждении типа с указанием номера Реестра (РБ 03 09 2660 20) сроком действия до 23.09.2024.

4.13.4 Согласно решению НТК №08-2005 ранее признаны результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Тест-Санкт-Петербург (номер реестра-№019, шифр поверительного клейма - СП).

*Примечание: уточнить информацию в базе данных Госреестра (номер реестра - №019, заменить на аттестат аккредитации - № RA.RU.311483).*

4.13.5 Метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

4.13.6 Поверку проводить:

- средств измерений, **изготовленных до 26.12.2016**, по МП-203-0090-2009 "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ". Методика поверки", утвержденной в 2009 г.;


- средств измерений, **изготовленных после 26.12.2016**, по МП-203-0090-2016 "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ". Методика поверки", утвержденной в 2016 г.;

- средств измерений, **изготовленных после 26.11.2020**, по МП-203-0090-2016-РБ "Приборы комбинированные "ТКА-ПКМ". Методика поверки", согласованной БелГИМ в 2020 г.

4.13.7 Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 12 месяцев.

Председатель

Секретарь  
ВЕРНО

  
26.11.2020

Е.В. Нестерович



Д.П. Барташевич  
Е.В. Нестерович